

м. Київ

12.06.2023 р.

Благодійний Фонд «Твоя опора»
оголошує про проведення конкурсу на придбання моніторів пацієнта для ДУ «Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України

Загальна інформація

1. **Платник:** Благодійний фонд «Твоя опора» (надалі – Фонд)
 2. **Юридична адреса платника:** м. Буча, вул. Водопровідна, буд. 48, кв. 15
 3. **Благоотримувачі:** ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України
 4. **Юридична адреса благоотримувачів:** Україна, 03680, місто Київ, вул. М. Амосова, буд. 6
 5. **Предмет закупівлі:** Монітори пацієнта, що можна використовувати для дорослих дітей та новонароджених та відповідають технічним характеристикам (Додаток 1).
 6. **Відповідальний за проведення конкурсу:** Директор виконавчий Фонду - Пастернак Ірина - контактний номер телефону: +38 063 815 38 70, e-mail: irina.pasternak@tvoya-opora.org.ua
 7. **Умови подання конкурсних пропозицій:**
 - На електронну адресу irina.pasternak@tvoya-opora.org.ua
 - Кінцевий термін до: 20.06.2023 року
 8. **Розкриття конкурсних пропозицій:**
 - Адреса: м. Київ, вул. Амосова 6, поверх 5, офіс Фонду
 - Дата та час: 21.06.2023 р., 15-00
 9. **Строк дії пропозиції:** протягом 10 календарних днів з моменту розкриття пропозицій
 10. **Критерії вибору переможця і вага критеріїв:**
 - Вартість товару
 - Якість товару
 - Відповідність умовам поставки, оплати
 - Відповідність технічному завданню
 - Досвід та репутація Постачальника
 11. **В підтвердження відповідності критеріям вибору переможця Компанія Учасник має надати наступні документи та інформацію:**
 - Комерційну пропозицію
 12. З переможцем конкурсу буде підписаний 3-х сторонній договір на придбання обладнання
 13. Переможець конкурсу повинен надати установчі документи, а саме статут, виписка з ЄДР, наказ на призначення керівника, свідоцтво або виписка платника податку
 14. БФ «Твоя опора» буде здійснена перевірка підрядника на предмет: Співпраці з Російською Федерацією та Білорусією
Кінцевих бенефіціарів, що є громадянами Російської Федерації та Білорусією
Інші умови, що можуть негативно вплинути на подальшу співпрацю
- Директор виконавчий

БФ «Твоя опора»

І.В. Пастернак



Учасники фактом своєї участі в конкурсі погоджуються з тим, що Фонд повертає матеріали, представлені на будь-якій стадії проведення конкурсу.

Учасники фактом участі в конкурсі гарантують, що представлені ними конкурсні пропозиції не містять поширення інформації, що вводить в оману в розумінні ст. 15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» та усвідомлюють свою відповідальність за порушення вимог зазначеної норми.

У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення умов конкурсу, та / або питань, неврегульованих умовами конкурсу, остаточне рішення приймається Фондом.

Рішення Фонду є остаточним і оскарженню не підлягає. Фонд має право не повідомляти учаснику причини відхилення його пропозиції, на будь-якому етапі проведення конкурсу.

Фонд має право скасувати конкурс на будь-якому етапі без вказівки причин.

Участю в конкурсі Учасник безумовно погоджується з усіма умовами конкурсу та бере на себе обов'язок їх належно виконувати.



Технічне завдання

Дата:		12.06.2023 року			
Предмет закупівлі (короткий опис)		Медичне обладнання – монітори пацієнта у кількості 3 одиниці			
Благоотримувач		ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України			
Донор		ТОВ «Новус Україна»			
Бюджет закупівлі, грн.,		3 100 000,00 грн			
Опис товарів					
№ лоту *	Назва товару	одиниця виміру	кількість одиниць	вимоги до товару / технічні характеристики (за наявності)	Терміни постачання окремих лотів (за необхідності)
1	Монітори пацієнта, що використовуються для дорослих, дітей та новонароджених	комплект	3	Вимоги вказані нижче	До 10 календарних днів
Загальні вимоги до товару					
Вимоги			Підтверджуюча документація		
Продукція має бути сертифікована згідно законодавства України			Згідно законодавства України		
Критерії оцінки					
№	Критерії оцінки	Вага критерію	Підтверджуючі документи		
1	Вартість товару	40%	цінова пропозиція		
2	Якість товару та відповідність технічному завданню	40%	цінова пропозиція		
3	Відповідність умовам поставки та оплати	10%	Поставка протягом 90 календарних днів після оплати		
4	Досвід та репутація Постачальника	10%	загальні відомості про Постачальника, перевірка через відкриті та закриті джерела на предмет: <ul style="list-style-type: none">• Співпраці з Російською Федерацією та Білорусією• Кінцевих бенефіціарів, що є громадянами Російської Федерації та Білорусією• Інші умови, що можуть негативно вплинути на подальшу співпрацю		
Вимоги до постачальника					
Вимоги			Підтверджуюча документація		
Наявність товару в повній мірі			Умови замовлення		
Умови співпраці					
Умови оплати:		Безготівковий розрахунок			
Терміни постачання:		10 календарних днів			
Умови постачання:		Вартість доставки повинна входити до вартості авто			
Загальний термін договору:		Умови договору			
Можливість постачання товарів частинами:		Ні.			
Інші умови:		Введення обладнання в експлуатацію, навчання та інструктаж персоналу.			

Директор виконавчий
БФ «Твоя опора»
І.В. Пастернак



Технічні характеристики монітору пацієнта з капнографом та модулем PiCCo

Вимоги
Модульний монітор пацієнта має вимірювати наступні параметри: НІАТ, SpO ₂ , ЕКГ, частоту дихання, etCO ₂ , інвазивний тиск, неінвазивний безперервний серцевий викид, температуру тіла та генерувати сигнали тривоги у дорослих та дітей
Модульний монітор пацієнта повинен мати транспортний монітор
Кольоровий сенсорний TFT дисплей основного монітору не менше 15 дюймів
Різнокольорове відображення не менше 15 каналів кривих та цифрових даних на дисплеї
Можливість перегляду графічних трендів, таблиці тренду, епізодів аритмій, історії тривоги за останні 72 години
Наявність універсальних роз'ємів для підключення додаткових функцій моніторингу не менше 3-х
Моніторингова станція повинна автоматично розпізнавати типи пристроїв, які підключаються до універсальних роз'ємів
Моніторингова станція повинна бути оснащена не менше ніж двома каналами інвазивного тиску
Наявність алгоритму аналізу не менше 20 видів аритмій
Відображення міток кардіостимуляції на ЕКГ
Відсутність спотворень та точність показників ЕКГ при використанні електрохірургічного обладнання
Можливість вимірювання температури не менше 2-х каналів
Монітор має бути оснащений модулем капнографії в прямому потоці з можливістю вимірювання etCO ₂ у інтубованих і неінтубованих пацієнтів
Наявність наступних режимів вимірювання НІАТ: ручний <ul style="list-style-type: none">- автоматичний- періодичний- поетапне вимірювання АТ, при якому вимірювання, на кожному з етапів, проводяться з різними інтервалами- додатковий режим нагнітання тиску в манжеті до рівня, що блокує венозний кровоток («пункція вени»)- вимірювання НІАТ, що активується при зміні швидкості проходження пульсової хвилі
Автоматичне розпізнавання типу манжети, що підключена (дитяча/доросла)
Наявність системи безпеки при збої електричного живлення – негайне скидання тиску в манжеті
Наявність в інтерфейсі користувача – меню українською або російською мовою

Комплект постачання повинен включати:

- монітор пацієнта – 1 шт.
- **транспортний монітор – 1 шт.**
- **модуль капнографії в прямому потоці для інтубованих і неінтубованих пацієнтів – 1 шт.**
- **набір адаптерів для капнографії у інтубованих пацієнтів >7 кг – 1 кт.**
- **набір назо-оральних адаптерів для капнографії у неінтубованих пацієнтів – 1 кт.**
- ЕКГ кабель пацієнта на 6 відведень – 1 шт.
- електроди ЕКГ одноразові (150 шт. в упаковці) – 1 уп.
- кабель пульсоксиметричний – 1 шт.
- датчик пульсоксиметричний багаторазового використання для дітей – 1 шт.
- **датчик пульсоксиметричний багаторазового використання універсальний – 1 шт.**
- **датчик пульсоксиметричний одноразового використання універсальний – 48 шт.**
- шланг повітряний для вимірювання НІАТ багаторазовою манжетою – 1 шт.



- комплект манжет НІАТ багаторазового використання – 3 шт.
- **кабелі для вимірювання інвазивного тиску – 2 шт**
- **трансдюсери для вимірювання інвазивного тиску – 40 шт.**
- **комплект кабелю та витратних матеріалів для PiCCo (7 катетерів для зап'ястя + 4 катетери для стегна)**
- **центральна станція моніторингу з двома дисплеями – 1 компл.**
- датчик температурний нашкірний дитячий/дорослий – 1 шт.
- батарея акумуляторна – 1 шт.
- інструкція з експлуатації українською мовою -1 шт.

Технічні характеристики монітору пацієнта з капнографом та ІАТ

Вимоги
Монітор має вимірювати наступні параметри: НІАТ, SpO ₂ , ЕКГ, частоту дихання, температуру, неінвазивний безперервний серцевий викид та генерувати сигнали тривоги у дорослих та дітей
Кольоровий сенсорний TFT дисплей
Різнокольорове відображення кривих та цифрових даних на дисплеї
Можливість перегляду графічних трендів, таблиці тренду, епізодів аритмій, історії тривоги за останні 120 годин
Безпека та точність показників ЕКГ при використанні електрохірургічного обладнання
Відображення міток кардіостимуляції на ЕКГ
Наявність алгоритму аналізу не менше 20 видів аритмій
Наявність налаштування режиму відгуку SpO ₂ (повільний, нормальний, швидкий) та режиму максимальної чутливості для відображення та інтерпретації слабких сигналів плетизмограми
Наявність системи безпеки при збої електричного живлення – негайне скидання тиску в манжеті
Автоматичне розпізнавання типу манжети, що підключена
Наявність наступних режимів вимірювання НІАТ: <ul style="list-style-type: none">- ручний- автоматичний періодичний- автоматичне позачергове вимірювання АТ, коли час проходження пульсової хвилі перевищує допустимі межі- поетапне вимірювання АТ, при якому вимірювання ,на кожному з етапів, проводяться з різними інтервалами- додатковий режим нагнітання тиску в манжеті до рівня, що блокує венозний кровоток («пункція вени»)
Можливість неінвазивного безперервного моніторингу серцевого викиду методом розрахунку на основі часу проходження пульсової хвилі, ЕКГ, SpO ₂ , НІАТ
Параметри неінвазивного моніторингу серцевого викиду, що мають вимірюватись: <ul style="list-style-type: none">- Безперервний серцевий викид в межах не гірше ніж від 0,5 до 20 л/хв- Безперервний серцевий індекс в межах не гірше ніж від 0,5 до 20 л/хв/м²- Ударний об'єм в межах не гірше ніж від 0 мл 300 мл- Індекс ударного об'єму в межах не гірше ніж від 0 до 200 мл/м²
Можливість живлення монітору як від мережі змінного струму так і від акумуляторної батареї (не менше 3 годин)

Комплект постачання повинен включати:

- Монітор пацієнта – 1 шт.;
- Кабель пацієнта на 3 відведення – 1 шт.;
- Електроди ЕКГ одноразові, для дорослих (30 шт в упаковці) – 1 уп.;
- Кабель пульсоксиметричний – 1 шт.;
- Датчик пульсоксиметричний багаторазовий для дітей – 1 шт.;
- **Датчик пульсоксиметричний багаторазовий універсальний – 1 шт.;**
- **Датчик пульсоксиметричний універсальний одноразовий - 48 шт.;**
- Комплект манжет НІАТ багаторазового використання – 3 шт.;



- **Кабель (2 шт) та трансдюсери для інвазивного тиску (40 шт);**
- **Кабель та витратні матеріали для капнографії - 1 компл.;**
- Шланг повітряний для вимірювання НІАТ – 1шт.;
- Температурний поверхневий датчик – 1 шт.;
- Батарея акумуляторна – 1 шт.;
- Інструкція з експлуатації.

** при наданні комерційної пропозиції учасник погоджується з тим, що запропоноване обладнання відповідає технічному завданню конкурсу