



м. Київ

27.07.2023 р.

Благодійний Фонд «Твоя опора»

оголошує про проведення конкурсу на придбання апаратів штучної вентиляції легень для дорослих
Загальна інформація

- 1. Платник:** Благодійний фонд «Твоя опора» (надалі – Фонд)
- 2. Юридична адреса платника:** м. Буча, вул. Водопровідна, буд. 48, кв. 15
- 3. Благоотримувачі:** КНП «ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ» ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»
- 4. Юридична адреса благоотримувачів:** Україна, 70401, Чернігівська область, місто Чернігів, вул. Волковича, буд. 25
- 5. Предмет закупівлі:** Апарату штучної вентиляції легень для дорослих для медичного закладу згідно технічного завдання (Додаток 1).
- 6. Відповідальний за проведення конкурсу:** Директор виконавчий Фонду - Пастернак Ірина - контактний номер телефону: +38 063 815 38 70, e-mail: irina.pasternak@tvoya-opora.org.ua
- 7. Умови подання конкурсних пропозицій:**
 - На електронну адресу irina.pasternak@tvoya-opora.org.ua
 - Кінцевий термін до: 03.08.2023 року
- 8. Розкриття конкурсних пропозицій:**
 - Адреса: м. Київ, вул. Амосова 6, поверх 5, офіс Фонду
 - Дата та час: 04.08.2023 р., 15-00
- 9. Строк дії пропозиції:** протягом 10 календарних днів з моменту розкриття пропозицій
- 10. Критерії вибору переможця і вага критеріїв:**
 - Вартість товару
 - Якість товару
 - Відповідність умовам поставки, оплати
 - Відповідність технічному завданню
 - Досвід та репутація Постачальника
- 11. В підтвердження відповідності критеріям вибору переможця Компанія Учасник має надати наступні документи та інформацію:**
 - Комерційну пропозицію
- 12.** З переможцем конкурсу буде підписаний 3-х сторонній договір на придбання обладнання
- 13.** Переможець конкурсу повинен надати установчі документи, а саме статут, виписка з ЄДР, наказ на призначення керівника, свідоцтво або виписка платника податку
- 14.** БФ «Твоя опора» буде здійснена перевірка підрядника на предмет: Співпраці з Російською Федерацією та Білорусією
Кінцевих бенефіціарів, що є громадянами Російської Федерації та Білорусією
Інші умови, що можуть негативно вплинути на подальше виконання умов договору

Директор виконавчий
БФ «Твоя опора»
І.В. Пастернак



Учасники фактом своєї участі в конкурсі погоджуються з тим, що Фонд не повертає матеріали, представлені на будь-якій стадії проведення конкурсу.

Учасники фактом участі в конкурсі гарантують, що пропозиції, надані ними конкурсні пропозиції не містять поширення інформації, що вводить в оману в розумінні ст. 15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» та усвідомлюють свою відповідальність за порушення вимог зазначеної норми.

У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення умов конкурсу, та / або питань, неврегульованих умовами конкурсу, остаточне рішення приймається Фондом.

Рішення Фонду є остаточним і оскарженню не підлягає. Фонд має право не повідомляти учаснику причини відхилення його пропозиції, на будь-якому етапі проведення конкурсу.

Фонд має право скасувати конкурс на будь-якому етапі без вказівки причин.

Участю в конкурсі Учасник безумовно погоджується з усіма умовами конкурсу та бере на себе обов'язок їх належно виконувати.



Технічне завдання

Дата:		27.07.2023 року			
Предмет закупівлі (короткий опис)		Медичне обладнання – апарати штучної вентиляції легень для дорослих			
Благоотримувач		КНП «ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ» ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»			
Донор		ПАТ «Креді Агріколь Банк» (французька група)			
Бюджет закупівлі, грн.,		3 500 000,00 грн			
Опис товарів					
№ лоту *	Назва товару	одиниця виміру	кількість одиниць	вимоги до товару / технічні характеристики (за наявності)	Терміни постачання окремих лотів (за необхідності)
1	Апарат штучної вентиляції легень згідно листа прохання від закладу № 01-32/0685 від 28.03.2023 року	комплект	3	Вимоги вказані нижче	До 10 календарних днів
Загальні вимоги до товару					
Вимоги				Підтверджуюча документація	
Продукція має бути сертифікована згідно законодавства України				Згідно законодавства України	
Критерії оцінки					
№	Критерії оцінки	Вага критерію	Підтверджуючі документи		
1	Вартість товару	40%	цінова пропозиція		
2	Якість товару та відповідність технічному завданню	40%	цінова пропозиція		
3	Відповідність умовам поставки та оплати	10%	Поставка протягом 90 календарних днів після оплати		
4	Досвід та репутація Постачальника	10%	загальні відомості про Постачальника, перевірка через відкриті та закриті джерела на предмет: <ul style="list-style-type: none">• Співпраці з Російською Федерацією та Білорусією• Кінцевих бенефіціарів, що є громадянами Російської Федерації та Білорусією• Інші умови, що можуть негативно вплинути на подальшу співпрацю		
Вимоги до постачальника					
Вимоги				Підтверджуюча документація	
Наявність товару в повній мірі				Умови замовлення	
Умови співпраці					
Умови оплати:			Безготівковий розрахунок		
Терміни постачання:			10 календарних днів		
Умови постачання:			Вартість доставки повинна входити до вартості авто		
Загальний термін договору:			Умови договору		
Можливість постачання товарів частинами:			Ні.		
Інші умови:			Введення обладнання в експлуатацію, навчання та інструктаж персоналу.		

Директор виконавчий
БФ «Твоя опора»
І.В. Пастернак



Технічні характеристики апарату штучної вентиляції легень для дорослих

№ з/п	Вимоги
1.	Призначений для проведення штучної вентиляції легень у дорослих та дітей
2.	Області застосування: відділення інтенсивної терапії, відділення екстреної медичної допомоги, транспортування пацієнтів у межах медичного закладу
3.	Апарат повинен мати кольоровий сенсорний дисплей з діагоналлю не менше 8 дюймів по діагоналі для відображення встановлених і вимірюваних параметрів, показників респіраторної механіки, журналу подій, виведення довідкової інформації і т.д.
4.	Проксимальний датчик потоку, який розташований біля пацієнта, з метою найбільш точного контролю та моніторингу респіраторної механіки
5.	Наявність вбудованого інгалятора
6.	Режими вентиляції (наявність):
6.1	Синхронізовані режими з керуванням об'єму (з мінімально можливим тиском): контрольована примусова вентиляція та інтермітуюча (переміжна) примусова вентиляція
6.2	Синхронізовані режими з керуванням тиску: контрольована примусова вентиляція та інтермітуюча (переміжна) примусова вентиляція
6.3	Спонтанна вентиляція з підтримкою тиском
6.4	Режим інтелектуальної вентиляції, який забезпечує заданий хвилинний об'єм вентиляції легень з мінімальним тиском і об'ємом та оптимальною частотою для мінімізації роботи дихання і внутрішнього РЕЕР, незалежно від спонтанної респіраторної активності пацієнта
6.5	Неінвазивна вентиляція з компенсацією витоків та спонтанна/задана за часом неінвазивна вентиляція з компенсацією витоків або еквівалент
6.6	Високопоточкова оксигенотерапія
6.7	Можливість активації режимів двофазної вентиляції
6.8	Режим очікування зі збереженням встановлених параметрів
6.9	Можливість вибору стартового режиму ШВЛ, а також можливість регулювань стандартних (стартових) параметрів ШВЛ для кожного з режимів вентиляції
7.	Проведення резервної вентиляції у разі апное або зупинки дихання
8.	Налаштування наступних параметрів вентиляції: <ul style="list-style-type: none">- тиск вдиху - в діапазоні не гірше ніж від 5 до 60 смН₂О + РЕЕР- позитивний тиск в кінці видиху - в діапазоні не гірше ніж від 0 до 35 смН₂О- час вдиху - в діапазоні не гірше ніж від 0,1 до 12 с- чутливість тригера потоку - в діапазоні не гірше ніж від 1 до 20 л/хв- чутливість експіраторного тригера - в діапазоні не гірше ніж 5 - 80 % від пікового потоку вдиху- дихальний об'єм, який подається під час вдиху - в діапазоні не гірше ніж від 20 до 2000 мл- максимальна швидкість потоку при високопоточної оксигенотерапії не менше 80 л/хв
9.	Наявність візуального відображення стану легеневої механіки у вигляді зображення картини легень. Зображення (форма) легень повинне змінюватися при зміні податливості легеневої тканини або опору дихальних шляхів, а також при появі у пацієнта спонтанних вдихів
10.	Наявність відображення в одному вікні параметрів залежності пацієнта від вентилятора: оксигенації, елімінації СО ₂ та спонтанної дихальної активності пацієнта з індикацією можливості «відлучення» пацієнта від апарату
11.	Наявність цифрового моніторингу, який вимірює не менше 30 параметрів



12.	Наявність графічного моніторингу, який одночасно відображає 2 дихальні криві (тиск-час, потік-час або об'єм-час)
13.	Апарат повинен мати вбудовану турбіну з максимальним потоком не менше 250 л/хв
14.	Маса апарата без мобільного візка повинна бути не більше 5 кг
15.	Апарат повинен мати можливість під'єднання до кисневої мережі високого тиску (2,8-6 бар, потік до 200 л/хв)
16.	Апарат повинен мати можливість під'єднання до кисневої мережі низького тиску (до 6 бар, потік до 15 л/хв)
17.	Можливість роботи апарату від мережі живлення 220В та від акумуляторної батареї не менше 4 год

Комплектація повинна включати:

- блок апарату ШВЛ – 1 шт.
- мобільний візок – 1 шт.
- автоматичний зволожувач з сервоконтролем – 1 шт.
- дихальний контур з підігрівом одноразового використання для дорослих/дітей
- набір масок (S, M, L) для неінвазивної вентиляції
- набір канюль високого потоку
- датчик потоку дорослий/педіатричний, одноразового використання – 30 шт.
- кисневий шланг
- тестова легеня
- кронштейн для фіксації контуру
- інструкція з експлуатації українською мовою.

** при наданні комерційної пропозиції учасник погоджується з тим, що запропоноване обладнання відповідає технічному завданню конкурсу