



м. Київ

07.12.2023 р.

**Благодійний Фонд «Твоя опора»
оголошує про проведення тендеру на придбання Лапароскопічної стійки, що використовується в
хірургії**

Загальна інформація

1. **Платник:** Благодійний фонд «Твоя опора» (надалі – Фонд)
2. **Юридична адреса платника:** м. Буча, вул. Водопровідна, буд. 48, кв. 15
3. **Благоотримувачі:** Комунальне некомерційне підприємство «МИРГОРОДСЬКА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ» МИРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
4. **Юридична адреса благоотримувачів:** інформація наведена в технічному завданні (Додаток 1).
5. **Предмет закупівлі:** Лапароскопічна стійка, що використовується в хірургії для медичного закладу згідно технічного завдання (Додаток 1).
6. **Відповідальний за проведення тендеру:** Директор виконавчий Фонду - Пастернак Ірина - контактний номер телефону: +38 063 815 38 70, e-mail: ira.pasternak@tvoya-opora.org.ua
7. **Умови подання тендерних пропозицій:**
 - На електронну адресу ira.pasternak@tvoya-opora.org.ua
 - Кінцевий термін до: 15.12.2023 року
8. **Розкриття тендерних пропозицій:**
 - Адреса: м. Київ, вул. Амосова 6, поверх 5, офіс Фонду
 - Дата та час: 15.12.2023 р., 15-00
9. **Строк дії пропозицій:** протягом 150 календарних днів з моменту розкриття пропозицій
10. **Критерії вибору переможця і вага критеріїв:**
 - Вартість товару
 - Якість товару
 - Відповідність умовам поставки, оплати
 - Відповідність технічному завданню
 - Досвід та репутація Постачальника
11. **В підтвердження відповідності критеріям вибору переможця Компанія Учасник має надати наступні документи та інформацію:**
 - Комерційну пропозицію
 - Копія виписки з ЄДР
11. З переможцем тендеру буде підписаний 3-х сторонній договір на придбання медичного обладнання
12. Переможець тендеру повинен надати установчі документи, а саме статут, виписка з ЄДР, наказ на призначення керівника, свідоцтво або виписка платника податку
13. БФ «Твоя опора» буде здійснена перевірка підрядника на предмет:
Співпраці з Російською Федерацією та Білорусією
Кінцевих бенефіціарів, що є громадянами Російської Федерації та Білорусією
Інші умови, що можуть негативно вплинути на подальшу співпрацю

Директор виконавчий
БФ «Твоя опора»
І.В. Пастернак

Учасники фактом своєї участі в тендері погоджуються з тим, що Фонд не повертає матеріали, представлені на будь-якій стадії проведення тендеру.

Учасники фактом участі в тендері гарантують, що представлені ними тендерні пропозиції не містять поширення інформації, що вводить в оману в розумінні ст. 15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» та усвідомлюють свою відповідальність за порушення вимог зазначеної норми.

У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення умов тендеру, та / або питань, неврегульованих умовами тендеру, остаточне рішення приймається Фондом. Рішення Фонду є остаточним і оскарженню не підлягає. Фонд має право не повідомляти учаснику причини відхилення його пропозиції, на будь-якому етапі проведення тендера.

*Фонд має право скасувати тендер на будь-якому етапі без вказівки причин.
Участью в тендері Учасник безумовно погоджується з усіма умовами тендеру та бере на себе обов'язок їх належно виконувати.*





Технічне завдання					
Дата:			07.12.2023 року		
Предмет закупівлі (короткий опис)			Медичне обладнання – Лапароскопічна стійка, що використовується в хірургії		
Благоотримувач			Комунальне некомерційне підприємство «МИРГОРОДСЬКА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ» МИРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ		
Донор			ПАТ «Креді Агріколь Банк» (французька група)		
Бюджет закупівлі, грн.,			4 580 175,00 грн		
Опис товарів					
№ лоту*	Назва товару	одиниця виміру	кількість одиниць	вимоги до товару / технічні характеристики (за наявності)	Терміни постачання окремих лотів (за необхідності)
1	Лапароскопічна стійка, що використовується в хірургії	комплект	1	Вимоги вказані нижче	До 150 календарних днів
Загальні вимоги до товару					
Вимоги				Підтверджуюча документація	
Продукція має бути сертифікована згідно законодавства України				Згідно законодавства України	
Критерії оцінки					
Критерії оцінки			Вага критерію	Підтверджуючі документи	
1	Вартість товару		40%	цінова пропозиція	
2	Якість товару та відповідність технічному завданню		40%	цінова пропозиція	
3	Відповідність умовам поставки та оплати		10%	Поставка протягом 150 календарних днів після оплати	
4	Досвід та репутація Постачальника		10%	загальні відомості про Постачальника, перевірка через відкриті та закриті джерела на предмет: - Співпраці з Російською Федерацією та Білорусією - Кінцевих бенефіціарів, що є громадянами Російської Федерації та Білорусією - Інші умови, що можуть негативно вплинути на подальшу співпрацю	
Вимоги до постачальника					
Вимоги				Підтверджуюча документація	
Наявність товару в повній мірі				Умови замовлення	
Умови співпраці					
Умови оплати:			Безготівковий розрахунок		
Терміни постачання:			150 календарних днів		
Умови постачання:			Вартість доставки повинна входити до вартості медичного обладнання		
Загальний термін договору:			Умови договору		
Можливість постачання товарів частинами:			Ні.		
Інші умови:			Введення обладнання в експлуатацію, навчання та інструктаж персоналу.		

Директор виконавчий
БФ «Твоя опора»
І.В. Пастернак



МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ до Лапароскопічної стійки, що використовується в хірургії

№ з/п	Найменування складової комплекту	Вимоги
1.	Візок для обладнання – 1 од.	- Висота 1500±150мм; - Наявність блоку живлення на не менш ніж 6 розеток; - Наявність антистатичних подвійних коліс, не менш 4-х з фіксаторами; - Наявність каналів для прокладки кабелів в опорній штанзі; - Наявність не менш двох полиць, розміром не менш 650x500±50мм; - Наявність ящика, що висувається, обладнаного замком; - Наявність тримача камери
2.	Штатив інфузійний – 1 од.	- Інфузійний штатив призначений для використання із пересувним візком; - Довжина регулюється в діапазоні не менше від 110 до 200 см; - Наявність не менше двох гачків для бутдів вагою не більше 5 кг.
3.	Утримувач монітору – 1 од.	- Для використання із стойкою для приладів; - Наявність регулювання по висоті, повороту та нахилу - Діапазон обертання не менш 300 градусів; - Діапазон вильоту тримачу не менше 500 мм; - Максимальне навантаження не менш 15 кг - Наявність кріплення типу VESA75/100
4.	Монітор медичний – 1 од.	- Довжина діагоналі не менш 27 дюймів; - Стандарт зображення не гірше full HD: розподільча здатність не менш 1920x1080, співвідношення сторін зображення 16x9; - Контрастність не менш 1000:1; - Наявність DVI-D відеовходу; - Наявність відеовходу типу 3G-SDI; - Наявність відеовиходу типу DVI-D; - Наявність роз'єму типу RS-232C; - Живлення 100-240В з перетворенням на 24В постійного струму (через зовнішній блок живлення).
5.	Блок керування камерою – 1 од.	- Призначений для підключення одночипових головок камери FULL HD, гнучких відео-ендоскопів; - Наявність не менше двох відеовходів; - Наявність вбудованої пам'яті не менше 50 Гб; - Можливість введення даних щодо пацієнта; - Наявність не менше двох відеовиходів DVI; - Наявність USB роз'єму для накопичувачу; - Робоча напруга приладу 220±20В, 50Гц
6.	Головка камери – 1 од.	- Один датчик зображення; - Прогресивна розгортка; - Розподільча здатність не гірше 1920x1080 пікселів; - Постійна фокусна відстань не більше 16 мм - Наявність не менше двох програмувальних кнопок - Можливість повного занурення у рідину, стерилізації плазмою та газом - Вага не більше 140 г - Довжина з'єднувального кабелю не менш 300 см
7.	Джерело холодного світла – 1 од.	- Тип лампи – світлодіод; - Кольорова температура не менш 6300 К; - Розрахований строк служби лампи не менш 30000 годин; - Наявність вбудованого комунікаційного модуля типу SCB, або еквівалент, що надає можливість дистанційного керування приладом;



		- Можливість автоматичного регулювання інтенсивності освітлення через комунікаційний модуль SCB, або керування; - Можливість ручного налаштування інтенсивності освітлення за допомогою сенсорної кнопки та через комунікаційний модуль SCB, або керування; - Клас захисту не гірше I; - Клас безпеки не гірше CF із захистом від впливу дефібрилятору; - Робоча напруга приладу 220±20В, 50Гц
8.	Світловод волоконно-оптичний – 1 од.	- Довжина не менше 300 см - Діаметр не більше 4,8 мм - Прямий штекер
9.	Інсуфлятор – 1 од.	- Для газу CO₂ - Наявність сенсорного екрану для керування та відображення параметрів - Наявність зручних індикаторів завданого та фактичного значень - Максимальна швидкість потоку газу не менше 40 л/хв. - Максимальний тиск до не менше 30 мм.рт.ст. - Наявність делікатного режиму з обмеженням максимальної швидкості до 15 л/хв., максимального тиску 15 мм.рт.ст. - Наявність функції самоналаштування параметрів інсуфляції в залежності від ступеню опору інструменту - Наявність функції автоматичної компенсації газу - Наявність функцій постійного контролю внутрішньочеревного тиску - Наявність електронної контрольно-вимірювальної системи - Наявність показників завданого та існуючого внутрішньочеревного тиску, потоку газу, витрати газу - Наявність індикатору запасу газу у балоні - Наявність вбудованого електронного комунікаційного модуля типу SCB, або еквівалент, що надає можливість дистанційного керування приладом - Робоча напруга приладу 220±20В, 50Гц
10.	Трубка для інсуфляції – 1од.	- Підлягає стерилізації - Внутрішній діаметр не менше 9 мм - Довжина не менш 250 см
11.	Шланг високого тиску – 1 од.	- Довжина не менш 50 см; - З'єднання за американським/німецьким стандартами
12.	Фільтр для інсуфляції – 2 уп.	- Наявність конекторів ISO; - Гідрофобний з обох боків; - Для використання з інсуфляторами зі швидкістю потоку не менш 40 л/хвилину; - Стерильний, одноразовий; - Не менш 25 од/упаковка.
13.	Пристрій для високочастотної хірургії – 1 од.	- наявність ємнісного сенсорного екрану діагоналлю не менш 9" для індикації параметрів та керування функціями; - наявність моно- та біполярного гніздових модулів; - можливість одночасного підключення двох педалей та їх автоматичного розпізнання приладом; - наявність функції автоматичного самотестування; - наявність функції контролю контакту нейтрального електроду; - наявність монополярних режимів різання та коагуляції в лапароскопії; - наявність режиму біполярної коагуляції в лапароскопії з використанням інструменту типу Robi; - наявність функції автостарту біполярної коагуляції; - наявність української або (та) російської мови в інтерфейсі приладу;



		- наявність функції резервного копіювання налаштувань приладу та їх відновлення за допомогою usb-накопичувача; - наявність інтегрованої системи забезпечення безпеки; - наявність функції контролю електричної дуги; - наявність роз'єму для підключення до мережі для сервісної підтримки; - максимальна монополярна потужність не менш 400 ватт при спротиві 100ом; - максимальна біполярна потужність не менш 200 Ватт при спротиві 75 Ом; - максимальна потужність монополярного різання в лапароскопії не менш 200 Вт, пікова напруга не більше 750 В, що поділяється на не менш 9 ефектів; - максимальна потужність монополярної коагуляції в лапароскопії не менш 120 Вт, пікова напруга не більше 1,8 кВ; - максимальна потужність біполярної коагуляції в лапароскопії не менш 120 Вт, пікова напруга не більше 150 В; - максимальна потужність біполярної коагуляції в лапароскопії з використанням інструменту типу Robi не більше 100 Вт, пікова напруга не більше 110 В; - живлення 220±20в, 50/60Гц.
14.	Перемикач дво-педальний – 1 од.	- Педаль керування ножна; - Призначена для використання з ВЧ-генераторами; - подвійна, з кнопкою для перемикання
15.	Кабель з'єднувальний до нейтрального електроду – 2 од.	- З'єднувальний кабель для використання з нейтральним електродом
16.	Електрод нейтральний – 3 од.	- Електрод, нейтральний, контактна площа розділена на дві частини
17.	Кабель монополярний – 2 од.	- кабель для під'єднання монополярних інструментів; - довжина не менше 300 см.
18.	Кабель біполярний – 2 од.	- кабель для під'єднання біполярних інструментів; - довжина не менше 300 см.
19.	Помпа – 1 од.	- Можливість використання в хірургії, лапароскопії, торакокопії, проктології та гінекології; - наявність кольорового сенсорного екрану типу TFT; - наявність індикації заданої та фактичної швидкості потоку в мл/хв; - наявність індикації заданого та фактичного тиску та відсоткового збільшення тиску; - система промивання або аспірації функціонує за допомогою роликового насосу - наявність функції автоматичної установки параметрів при підключенні картриджу із трубками; - наявність функції самотестування приладу; - наявність датчику контролю тиску; - швидкість потоку для процедури в хірургії (SURG) до 2500 мл/хв; - швидкість потоку для процедури HYS не більше 400 мл/хв; - можливість налаштування максимального тиску не більше 150 мм.рт.ст. з кроком у 10 мм.рт.ст.; - наявність звукових та оптичних попереджувальних сигналів; - наявність вбудованого модуля, що надає можливість дистанційного керування приладом; - клас захисту від ураження електричним струмом не гірше І; - ступінь захисту від ураження електричним струмом не гірше CF; - вага не більше 4,7 кг. - робоча напруга приладу в межах 100-240В, 50Гц.



20.	Трубки, комплект іригаційний - 2 од.	- трубка для іригації з контролем швидкості потоку; - можливість стерилізації
21.	Трубки, комплект іригаційний - 1 од.	- трубка для іригації з контролем тиску; - можливість стерилізації
22.	Помпа – 1 од.	- максимальна продуктивність аспірації не менше 30 л/хв.; - просте інтуїтивне керування; - наявність манометру; - наявність стандартної рейки для кріплення; - зручна ручка для перенесення; - наявність ємності для аспірації; - наявність гідрофобного бактеріального фільтра; - низький рівень шуму та вібрації; - робоча напруга приладу 220±20В, 50-60 Гц
23.	Бактеріальний фільтр гідрофобний – 5 од.	- Гідрофобний бактеріальний фільтр; - Призначений для запобігання потрапляння рідини у прилад
24.	Набір силіконових шлангів для відсмоктування – 2 од.	- Трубка силіконова для аспірації
25.	Оптика – 1 од.	- Крупноформатна - Оптика із системою стрижневих лінз - Кут напрямку бачення 30 градусів - Підлягає стерилізації в автоклаві - Діаметр 10 мм - Довжина не менше 31 см - Наявність вбудованого світловоду - Наявність антиблікового покриття; - Наявність сапфірового скла на окулярі
26.	Голка для пневмоперитонеума – 1 од.	- Довжина не менше 13 см - Діаметру не більше 2,1 мм - Наявність стилету та замку Луер.
27.	Троакар – 1 од.	- Розмір не менше 13 мм - Довжина не більше 11 см - Наявність канюлі з краном для інсуфляції - Наявність багатофункціонального клапану - Наявність стилету пірамідального
28.	Троакар – 2 од.	- Розмір не менше 11 мм - Довжина не більше 11 см - Наявність канюлі з краном для інсуфляції - Наявність багатофункціонального клапану - Наявність стилету пірамідального
29.	Троакар – 1 од.	- троакар, розмір не менше 6 мм; - робоча довжина не менш 10,5 см; - наявність канюлі із різьбою з краном для інсуфляції; - наявність силіконового пелюсткового клапану; - наявність пірамідального стилету.
30.	Троакар – 3 од.	- троакар, розмір не менше 6 мм; - робоча довжина не менш 10,5 см; - наявність канюлі із різьбою; - наявність силіконового пелюсткового клапану; - наявність пірамідального стилету.
31.	Редуктор – 1 од.	- адаптер для переходу з інструментів розміром 11 мм на інструментів розміром 5 мм.
32.	Гільза редукційна – 1 од.	- адаптер для переходу з інструментів розміром 11 мм на інструментів розміром 5 мм.
33.	Щипці захоплюючі – 1 од.	- розбірні щипці, для захвату, препарування та біполярної коагуляції тканин; - довжина бранші не менше 19 мм; - з 2-ма рухомими браншами;



		- розмір не більше 5 мм; - робоча довжина не менш 36 см; - наявність пластмасової рукоятки із з'єднанням для біполярної коагуляції; - наявність зовнішньої ізолюваної трубки та робочої вставки-щипців.
34.	Вставка щипці – 1 од.	- вставка щипці, для захвату, препарування та біполярної коагуляції тканин; - довжина бранші не менше 19 мм; - з 2-ма рухомими браншами; - розмір не більше 5 мм; - робоча довжина не менш 36 см
35.	Щипці захоплюючі – 1 од.	- розбірні щипці для захвату та біполярної коагуляції тканин; - вікончасті із тонкими атравматичними браншами; - довжина бранші не менше 18 мм; - з 2-ма рухомими браншами; - розмір не більше 5 мм; - робоча довжина не менш 36 см; - наявність пластмасової рукоятки із з'єднанням для біполярної коагуляції; - наявність зовнішньої ізолюваної трубки та робочої вставки-щипців.
36.	Щипці захоплюючі – 1 од.	- Розбірні щипці, поворотні, монополярні; - довгі бранші, довжина бранші не менше 22 мм; - Зі з'єднанням для монополярної коагуляції; - Розмір 5 мм; - Обидві бранші рухливі; - Довжина не менше 36 см; - Складаються з пластмасової рукоятки, зовнішньої трубки та робочої вставки
37.	Щипці захоплюючі – 1 од.	- розбірні щипці, для захвату та монополярної коагуляції тканин; - вікончасті бранші; - довжина бранші не менше 26 мм; - з 1-ю рухомою браншею; - розмір не більше 5 мм; - робоча довжина не менш 36 см; - Складаються з пластмасової рукоятки, зовнішньої трубки та робочої вставки
38.	Щипці захоплюючі – 1 од.	- розбірні щипці, для захвату та монополярної коагуляції тканин; - вікончасті вигнуті бранші; - довжина бранші не менше 27 мм; - з 1-ю рухомою браншею; - розмір не більше 5 мм; - робоча довжина не менш 36 см; - Складаються з пластикової рукоятки, зовнішньої трубки та робочої вставки
39.	Щипці захоплюючі – 1 од.	- Розбірні щипці, поворотні, монополярні; - Бранші зігнуті під прямим кутом, довжина бранші не менше 15 мм; - Зі з'єднанням для монополярної коагуляції; - Розмір 5 мм; - Обидві бранші рухливі; - Довжина не менше 36 см; - Складаються з пластмасової рукоятки, зовнішньої трубки та робочої вставки
40.	Щипці захоплюючі – 1 од.	- Розбірні щипці, поворотні, монополярні; - Щипці типу «алігатор»; - довжина бранші не менше 16 мм; - Зі з'єднанням для монополярної коагуляції;



		- Розмір 5 мм; - Обидві бранші рухливі; - Довжина не менше 36 см; - Складаються з пластмасової рукоятки із хірургічною кремальєрою, зовнішньої трубки та робочої вставки
41.	Лапчасті щипці – 1 од.	- розбірні щипці, для захвату тканин; - лапчасті бранші із зубцями 2х3; - з 1-ю рухомою браншею; - розмір не більше 5 мм; - робоча довжина не менш 36 см; - Складаються з металевої рукоятки, зовнішньої трубки та робочої вставки
42.	Щипці захоплюючі – 1 од.	- розбірні щипці, для захвату та монополярної коагуляції тканин; - багатозубчасті атравматичні бранші; - довжина бранші не менше 14 мм; - ширина бранші не мене 4,8 мм; - з 1-ю рухомою браншею; - розмір не більше 5 мм; - робоча довжина не менш 36 см; - Складаються з пластмасової рукоятки із фіксатором, зовнішньої трубки та робочої вставки
43.	Ножиці – 1 од.	- Розбірні ножиці, поворотні, монополярні; - Бранші зігнуті; - Довжина бранші не менш 15 мм; - Розмір 5 мм; - Робоча довжина не менше 36 см; - Обидві бранші рухливі; - Складаються з пластмасової рукоятки, зовнішньої трубки та робочої вставки
44.	Вставка-ножиці – 1 од.	- Вставка ножиці, монополярні; - Бранші зігнуті; - Обидві бранші рухливі - Довжина бранші не менш 15 мм; - Розмір 5 мм; - Робоча довжина не менше 36 см;
45.	Вставка-ножиці – 1 од.	- Вставка ножиці, монополярні; - Бранші гачкоподібні; - Одна рухлива бранша; - Довжина бранші не менш 10 мм; - Розмір 5 мм; - Робоча довжина не менше 36 см;
46.	Електрод коагуляційний та дисекційний – 1 од.	- монополярний L-подібний електрод для препарування та коагуляції; - розмір не більше не більше 5 мм; - довжина не менше 36 см.
47.	Електрод коагуляційний та дисекційний – 1 од.	- монополярний електрод для препарування та коагуляції; - електрод має форму тупого шпателью; - розмір не більше не більше 5 мм; - довжина не менше 36 см.
48.	Макроголкотримач – 1 од.	- розмір не більше 5 мм; - робоча довжина не менш 33 см; - утримувач голки типу Кох; - наявність ергономічної рукояткою з фіксатором, фіксатор вгорі; - бранши з карбід-вольфрамовою вставкою; - бранші загнуті вліво
49.	Макроголкотримач – 1 од.	- розмір не більше 5 мм; - робоча довжина не менш 33 см; - утримувач голки типу Кох; - наявність ергономічної рукояткою з фіксатором, фіксатор вгорі;



		- бранши з карбід-вольфрамовою вставкою; - бранші загнуті вправо
50.	Штовхач вузлів – 1 од.	- розмір не більше 5 мм; - довжина не менше 36 см; - призначений для проштовхування вузлів при екстракорпоральному зав'язуванні вузлів
51.	Канюля для аспірації та іригації – 1 од.	- трубка призначена для відсмоктування та промивання; - наявність двоходового крану для роботи однією рукою; - розмір не більше 5 мм; - довжина не менше 36 см; - наявність матованої поверхні .
52.	Голка пункційна – 1 од.	- пункційна голка з замком типу Люер; - діаметр не більше 1,6 мм; - розмір не більше 5 мм; - робоча довжина не менш 36 см.
53.	Інструмент для зшивання – 1 од.	- розмір не більше 3 мм; - довжина не менше 17 см; - шовний інструмент призначений для закриття підшкірної фасції в місцях після проколу троакаром
54.	Кліп аплікатор - 1 од.	- Розбірний аплікатор лігатурних кліп; - Призначений для титанових кліпс середнього розміру типу LT300; - Поворотний; - розмір не менше 10 мм; - довжина не менше 36 см; - наявність металевої рукоятки із фіксатором; - наявність зовнішньої трубки та робочої вставки-аплікатора .
55.	Титанові кліпси – 50 уп.	- Титанові кліпси, 6 шт/уп
56.	Ковпачок ущільнюючий – 2 од.	- Ковпачки для ущільнення; - розмір не більше 5 мм; - 5 шт. в упаковці
57.	Ковпачок ущільнюючий – 2 од.	- Ковпачки для ущільнення; - розмір не більше 10 мм; - 5 шт. в упаковці
58.	Прокладка запасна силіконового клапана – 2 од.	- силіконовий пелюстковий ущільнювач; - 5 шт. в упаковці
59.	Трубка помпи – 1 од.	- Змінна трубка помпи для використання із трубками для іригації
60.	Мембрана – 1 од.	- Мембрана для використання із трубками для іригації
61.	Мультифункціональний блок – 1 од.	- Блок із 6 розеток для монтажу у візок для обладнання

* при наданні комерційної пропозиції учасник погоджується з тим, що запропоноване медичне обладнання відповідає технічному завданню тендеру